

Обґрунтування: Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Медико-технічні вимоги Відкрита реагентна система (можливість використання реагентів від будь-якого виробника) Принцип вимірювання - фотометричний Продуктивність не менше: 200 тестів за годину Кількість реагентів на борту аналізатора повинна бути не менше ніж 30 шт. Наявність системи охолодження реагентів на борту Наявність окремого вимикача живлення системи охолодження реагентів Кількість зразків на борту аналізатора повинна бути не менше ніж 60 шт. Можливість програмування та використання 1-, 2- та 3-реагентних методик Кількість реакційних кювет на борту повинна бути не менше ніж 80 шт Максимальний об'єм реакційної суміші повинен бути не менше 350 мкл Мінімальний об'єм реакційної суміші повинен бути не більше 210 мкл Наявність системи автоматичного промивання вимірювальних кювет Діапазон дозування об'єму зразка повинен бути не гірше ніж від 2 до 300 мкл Діапазон дозування об'єму реагента повинен бути не гірше ніж від 5 до 350 мкл Можливість регулювання температури реакційного блоку у діапазоні від температури навколишнього середовища до 42 градусів за Цельсієм Наявність блоку нагріву реакційної суміші у вимірювальних кюветах Точність дозування об'єму 2 мкл має бути не більше 1,5% Точність дозування об'єму 4 мкл має бути не більше 1% Щоденне зміщення зчитувача фотоелектричного детектора не більше 1% Фотометричний діапазон не гірше 0 - 3 Abs Вага приладу не повинна перевищувати 38 кг Споживана потужність приладу не повинна перевищувати 200 ВА Як джерело світла у фотометрі має бути використана галогенна лампа Коефіцієнт варіації під час досліджень методик кінетики та кінцевої точки має бути не більше 2% Комплект кювет для вимірювання має бути розраховано не менш ніж на 30 000 тестів Прилад має бути обладнано ємнісним датчиком рівня рідини Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі Очікувану вартість закупівлі розраховано відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом розрахунку очікуваної вартості товару методом порівняння ринкових цін (інформації з отриманих цінових пропозицій на підставі запитів). Було направлено запити до - ФОП ЛИСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ - ФОП ШТИЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ - ФОП ЧІКІНЄВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА Отримано відповіді: - ФОП ЛИСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ - 480 000,00 грн. - ФОП ШТИЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ - 450 000,00грн. - ФОП ЧІКІНЄВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА - 467 000,00 грн. Згідно розрахунків середня вартість закупівлі: $(480\ 000,00 + 450\ 000,00 + 467\ 000,00) / 3 = 465\ 667,00$ грн Очікувана вартість закупівель 465 667, 00 грн. Обґрунтування розміру бюджетних призначень Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису загального фонду бюджету на 2024 рік за КПКВК 1006280.